

Код ОКДП2 32.03.12.120

Код позиции КТРУ 31.03.10.000-00000001

### ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

№ п/п	Наименование товара	Технические характеристики	Ед. изм.	Кол- во
	<p>Матрац медицинский с водонепроницаемым чехлом тип 1</p>	<p>Регистрационное удостоверение на медицинское изделие - наличие</p> <p>Декларация о соответствии - наличие</p> <p>Сертификат соответствия - наличие</p> <p>Нахождение в реестре Минпромторга - наличие</p> <p>Страна производства - РФ</p> <p>Матрас медицинский длиной 2010±10 мм, шириной 910±10 мм, высотой 110±10 мм. Наружная часть изделия имеет антискользящее покрытие, исключающее скатывание хлопчатобумажного постельного белья, способствующее увеличению противопротележного эффекта. Изделие имеет две рабочие поверхности, без швов. Швы находятся по торцевой части изделия. Чехол имеет П- образную молнию, расположенную посередине торцевой части изделия. Молния и бегунок матовые, в цвет ткани изделия. Цвет изделия по согласованию с Заказчиком. Наполнитель матраса: цельный лист высокоэластичного пенополиуретана, плотностью 25±5кг/м3. Для использования на многофункциональных кроватях, на рабочей горизонтальной поверхности листа наполнителя нанесены поперечные профили закругленной формы. Профиль шириной не менее 15мм и не более 20мм, глубиной не менее 5мм и не более 10мм. Отступ от головной и ножной сторон матраса более 10 мм. Профили наносятся не менее чем каждые 100 мм. Шестой и двенадцатый профиль наносится более чем через 130 мм. Количество профилей не менее 18. Профили выполнены с сохранением целостности структуры, не оставляют надрывов и кусочков пенополиуретана. Чехол на матрас: двухслойная мембранная ткань с антискользящим покрытием, с антигрибковым, антибактериальным компонентами. Плотность ткани &gt;115 г/м2. Состав ткани: полиэстер ≥85% (≥104 г/м2), полиуретан ≥5% (≥6 г/м2). Основные характеристики ткани: паропроницаемая, водонепроницаемая, водоотталкивающая, гипоаллергенная, немнущаяся. Изделие должно выдерживать многократное автоклавирование, дезинфекцию, не изменяя форму. Обработка изделия: дезинфицирующие средства, не содержащие хлора и альдегидов. Способы ухода за изделием: Автоклавирование при температуре до +95°С. Машинная сушка до +95°С. Изделие имеет</p>	шт.	1

		<p>индивидуальную упаковку – полиэстер/полипропилен, запаянный термическим методом со всех сторон, обеспечивающую сохранность при транспортировке и хранении. Упаковка должна быть цельной, не должна содержать вскрытий, вмятин, порезов. Гарантийный срок не менее одного года. Для маркировки изделий должен применяться ярлык с указанием наименования изготовителя изделия, размеров, сырьевой состав, даты изготовления, страны происхождения. С поставкой должны быть предоставлены документы: регистрационное удостоверение на изделие медицинское, сертификат соответствия/декларация о соответствии товара медицинского назначения. Образцы изделия предоставляются перед поставкой товара и остаются у заказчика, входят в общее количество поставки.</p>		
--	--	--	--	--